

## Tekniskt larm (Trygghetslarm)

Till faxnummer	Datum	Larmkod (Trygghetsjourens not.)
----------------	-------	---------------------------------

Sign avsändare
----------------

### Verksamhet

Hemvårdsenhet
---------------

### Larmbrukare

För- och efternamn	
Adress	Telefonnummer

### Larmorsak

- Uteblivet testlarm
- Nätbortfall
- Testlarm knapp saknas

#### Uteblivet testlarm

Indikerar att trygghetslarmet inte kunnat skicka sitt automatiska testlarm till Trygghetsjouren. Det kan bero på att det uppstått brott på telefonlinjen eller att trygghetslarmet upphört att fungera.

Kontrollera strömsladden och trygghetslarmet och avsluta med att provlarma genom att trycka på larmsändaren/ klockan.

#### Nätbortfall

Indikerar när trygghetslarmet förlorar strömtillförsel som vid strömavbrott men det kan också vara så att strömsladden till trygghetslarmet dragits ur. Kontrollera ledningar och avsluta med att provlarma genom att trycka på larmsändaren/klockan.

#### Testlarm knapp saknas

Indikerar att sändare/larmklockan inte kunnat skicka sitt automatiska testlarm till trygghetslarmet. Sändaren/larmklockan kan vara trasig eller larmkund kan ha tagit med sig den vid ex. resa.

Kontrollera sändaren/larmklockan genom att trycka på den och provlarma.

Tekniskt larm kvitteras	Hemvårdsenhet
-------------------------	---------------

Meddelande till Trygghetsjouren
---------------------------------